CPR Bag (dark blue) & CPR-2 Bag (light blue)
Disposable Manual Resuscitator
Directions for Use
(Adult, Small Adult, Child, Infant)
Notice: Should only be used by personnel trained in cardiopulmonary resuscitation.

(en)

CPR Bag (dark blue) & CPR-2 Bag (light blue)
Disposable Manual Resuscitator
Directions for Use
(Adult, Small Adult, Child, Infant)
Notice: Should only be used by personnel trained in cardiopulmonary resuscitation.

CPR-pose (mørkeblå) og CPR-2-pose (lyseblå)
Manuel ventilator til engangsbrug
Brugsanvisning
(Voksen, lille voksen, barn og spædbarn)
Bemærkning: Må kun anvendes af personale, der er uddannet i genoplivning.

(da)

CPR-zak (donkerblauw) & CPR-2-zak (lichtblauw)
Wegwerp Manuele Reanimator
Instructies voor gebruik
(Volwassene, Kleine volwassene, Kind, Zuigeling)
Bericht: Mag alleen worden gebruikt door personeel dat is opgeleid in cardiopulmonale reanimatie.

(nl)

Poche CPR (bleu foncé)
et Poche CPR-2 (bleu clair)
Réanimateur manuel jetable
Mode d'emploi
(Adulte, adolescent, enfant, bambin, nourrisson)
Remarque : ne doit être utilisé que par du personnel entraîné à la réanimation cardiopulmonaire.

(fr)

CPR-Beutel (dunkelblau) & CPR-2-Beutel (hellblau)
Wegwerfbares manuelles Atemschutzgerät
Gebrauchsanweisung
(Erwachsener, Jugendlicher, Kind, Säuglung)
Hinweis: Sollte nur von Fachpersonal eingesetzt werden, das in der kardiopulmonalen Wiederbelebung geschult wurde.

(de)

Pallone RCP (blu scuro)
e Pallone RCP-2 (azzurro)
Rianimatore manuale monouso
Istruzioni per l'uso
(Adulto, piccolo adulto, bambino, neonato)
Avvertenza: ad uso esclusivo di personale addestrato alla rianimazione cardiopolmonare.

(it)

11300 - 49th Street North
Clearwater, Florida 33762-4807 USA
www.mercurymed.com

INDICATIONS FOR USE:

Provides emergency respiratory support by means of a face mask or a tube inserted into a patient's airway.

ACCESSORIES:

Mercury Medical: Manometer, PEEP Valve, OMNI-Link®, Face Masks, Filter, Disconnect Wedge, PEEP Valve with Filter, Flex-Link, LiteSaver®-manometer, CO_2 Detector

WARNINGS:

1. Incorrect operation of this device can be hazardous.
2. If used with supplemental oxygen, do not allow smoking or use unit near sparking equipment, open flame, oil or other flammable chemicals.
3. Should not be used in toxic or hazardous atmospheres.
4. The MERCURY MEDICAL® PEEP Valve should be used only by experienced persons who are aware that Positive End Expiratory Pressure (PEEP) may have an adverse effect on the patient's circulation. When using PEEP, the patient's condition should be monitored and PEEP pressure verified with a manometer.
5. Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

PRECAUTIONS:

1. Ventilation is to be used by personnel trained in cardiopulmonary resuscitation.
2. Never wait to begin mouth-to-mask resuscitation if a manual resuscitator is not immediately available or cannot be used effectively (see specific equipment manual for accepted patient resuscitation procedures).
3. Infant and Child units are equipped with a pressure-limiting device which opens at approximately 40 cm H_2O. However, during cardiopulmonary resuscitation delivery may cause the pressure to exceed 40 cm H_2O.
4. Verify proper function of the resuscitator and clear patient airway by monitoring for the following:
   - That the patient is being ventilated with adequate tidal volume to rise and fall of the chest. The use of an airway pressure manometer is recommended.
   - Proper CPR/CPR-2 Bag valve action (refer to step #3, "Test the Resuscitator" prior to using under "Directions for Use").
   - That the mask and valve are free from obstruction. To clear valve obstructions, squeeze and shake the bag briskly or rinse with water.
5. Do not sterilize the CPR/CPR-2 Bag. These products are designed for single-patient use only and parts are not designed for re-use.
6. This device is assembled with PVC components which include low levels of a phthalate as indicated. Consideration should be used when treating children or pregnant or nursing women.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Remove unit from the outer protective poly bag. Expand the CPR/CPR-2 Bag to its operating position. For units equipped with expandable reservoirs, expand fully before use.
2. Inspect the unit to be sure the system is free of debris.
3. Prior to using; **"TEST THE RESUSCITATOR":**
   a) Compress the reservoir with one hand, then occlude patient valve outlet with your other hand. Release the grip on the bag. Rapid bag re-expansion confirms efficient air intake.
   b) Remove patient valve, close the gas inlet port and try to compress the bag. If the bag cannot be compressed with reasonable force, or if bag compression forces the air out between your hand and neck of the bag, the intake valve is effectively preventing backward escape of air.
   c) Attach the patient valve to the bag. Place a test lung over the valve connector (patient side). Test the resuscitator by squeezing and releasing the resuscitator bag with one hand as quickly as possible for at least 10 breaths. Fully compress the resuscitator bag with each squeeze. This should fill the test lung and confirm that the patient valve efficiently directs inspiration air to the patient.
      Note: If the resuscitator continues to inflate because of the stacking of breaths, suspect a faulty patient valve and remove valve and replace from service.
   d) Compress the filled test lung. Air should vent to the atmosphere through the deflector and not return to the ventilation bag.
   e) When used with a patient mask, test for proper function by occluding patient valve outlet and compressing the bag to verify opening of the pressure-limiting device.
   Note: If the resuscitator does not pass all criteria as described under Step #3, "Test the Resuscitator", take immediate action by replacing resuscitator.
4. INSPIRATORY PRESSURE-LIMITING DEVICE. The infant and child resuscitators may feature a patient valve with a pressure-limiting device (Pop-off) Some Adult and Small Adult bags may have them too. If inspiration meets with pulmonary resistance, or with a small lung compliance, the pressure-limiting device will open at 30 H_2O, thereby reducing the risk of stomach distension or lung rupture. A hissing sound can be heard as the device opens. The patient valve provides a built-in port for pressure monitoring. Accommodates pressure manometer. Rotate the adjustment cap counterclockwise to remove the cap and attach pressure monitoring device, re-attach cap when not using.
   Note: When higher inspiration pressures are necessary, the pressure-limiting device can be closed by engaging the lock-clip. The use of an airway pressure manometer is recommended when operating without the pressure relief.
5. If resuscitating where high concentration of oxygen are desirable, attach oxygen tubing to oxygen source, such as a flow meter or adjustable oxygen regulator.
6. When a bag reservoir is provided, adjust oxygen flow as needed so the bag will remain fully or partially inflated during use, whichever if preferred. When an aerosol reservoir is being used, a 15 liter flow is recommended.
7. When using a mask attached to the CPR/CPR-2 Bag, be sure you have a tight, secure fit.
8. When using an endotracheal tube or tracheotomy tube adapter, remove mask and attach the patient valve outlet directly to the tube. The swivel connector provides a 15mm I.D. port for this purpose.
9. The Patient Valve features a built-in PEEP Adapter Port. To attach the PEEP Valve to the Port, remove the exhalation deflector and add the PEEP Valve (sold separately). Make sure the PEEP Valve is properly seated in the port to assure a tight, secure fit. When adjusting the MERCURY MEDICAL® PEEP Valve, connect a manometer in line with the patient breathing system and read the manometer to confirm the desired PEEP. Adjustment cap clockwise to increase PEEP or counterclockwise to decrease PEEP. The adjustment range is 0 – 20 cm H_2O (Infant).

INDIKATIONER FOR BRUG:

Giver respirationsstøtte i nødstilfælde ved hjælp af en ansigtsmaske eller en slange, der er anlagt i patientens luftveje.

TILBEHØR:

Mercury Medical: Manometer, PEEP-ventil, OMNI-Link®, ansigtsmasker, filter, frakoblingskile, PEEP-ventil med filter, Flex-Link, LiteSaver®-manometer, CO_2-detektor

ADVARSLER:

1. Forkert anvendelse af denne anordning kan være farlig.
2. Ved anvendelse af supplerende ilt må rygning ikke tillades, og enheden må ikke anvendes i nærheden af gnistdannende udstyr, åben flamme, olie eller andre brandfarlige kemikalier.
3. Må ikke anvendes i giftige eller ekstra skadelige atmosfærer.
4. MERCURY MEDICAL® PEEP-ventilen må kun anvendes af erfarent personale, som er klar over, at positivt slutekspiratorisk tryk (Positive End Expiratory Pressure (PEEP)) kan have en negativ virkning på patientens kredsløb. Ved brug af PEEP skal patientens tilstand overvåges, og PEEP-trykket kontrolleres med et manometer.
5. Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med anordningen, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

FORHOLDSREGLER:

1. Ventilationen må kun anvendes af personale, som er uddannet i hjerte-lunge-redning.
2. Vent aldrig med at påbegynde mund til maske-ventilering, hvis en manuel ventilator ikke umiddelbart er tilgængelig eller ikke kan anvendes effektivt (se den pågældende manual for godkendt procedure for patient-ventilering).
3. Enheder for spædbørn og børn er udstyret med en trykbegrænsningsanordning, som åbner sig ved ca. 40 cm H_2O. En baby- en kindanordning åbner ved ca. 30 cm vandsøjle for at undgå for høje tryk til sensitive lunger.
4. Kontrollér, at ventilatoren fungerer korrekt, og skab frie luftveje på patienten ved at overvåge følgende:
   - At patienten ventileres med et tilstrækkeligt tidevandsvolumen ved, at brystet hæves og sænkes. Anvendelsen af et manometer til luftvejstrykket anbefales.
   - Korrekt funktion af CPR/CPR-2-posesventilen (se trin 3, "Test ventilatoren", under "Brugsvejning" for brug).
   - At masken og ventilen er frie for obstruktioner. Klem og ryst posen kraftigt, eller skyl med vand for at fjerne obstruktioner i den.
5. CPR/CPR-2-posen må ikke steriliseres. Disse produkter er udviklet udelukkende til brug på en enkelt patient, og delene er ikke udviklet til flergangsbrug.
6. Denne anordning er lavet med PVC-komponenter, som indeholder lave niveauer af phthalater som angivet. Dette skal tages i betragtning ved behandling af børn gravide eller ammende kvinder.

BRUGSANVISNING:

1. Fjern ventilatoren fra den ydre beskyttelsespolypose. Træk CPR/CPR-2-posen ud til driftspositionen. Trak fuldstændigt ekspanderbare reservoirer ud inden brug.
2. Undersøg enheden for at være sikker på, at systemet er kompleti.
3. Før brug, **"TEST LUNGEVENTILATOREN":**
   a) Klem ventilatorposen sammen med den ene hånd, og okkludér patientventiludgangen med den anden hånd. Slip grebet fra posen. Hurtig genudvidelse af posen bekræfter effektiv luftindsugning.
   b) Fjern patientventilen, luk hålsbåndvinge, og prøv at klemme posen sammen. Hvis posen ikke kan klemmes sammen ved brug af et rimelig kjæft tryk, eller hvis luften sendes ud sammenlignes sammen, skal indtagsventilen effektivt forhindre tilbagestrømning af luft.
   c) Kobl patientventilen til posen. Placér en testlunge over ventilkoblingen (patientsiden). Afprøv ventilatoren ved at klemme og slippe ventilatorposen med den ene hånd så hurtigt som muligt i mindst 10 indåndinger. Klem ventilatorposen fuldstændig med hver åbning. Dette bør fylde testlungen og og derved bekræfte, at patientventilen effektivt forsyner patienten med indåndingsluft.
   Bemærk: Hvis ventilatoren fortsat pustes op på grund af stabling af indåndinger, skal der mistænkes en fejl i patientventilen, og ventilatoren skal tages ud af drift.
   d) Klem den fyldte testlunge sammen. Luft bør strømme ud i atmosfæren gennem deflektoren og ikke strømme tilbage til ventilationsposen.
   e) Ved brug af en enhed med en trykbegrænsningsanordning skal der undersøges for korrekt funktion ved at okkludere patientventiludgangen og klemme posen sammen for at kontrollere åbning af trykbegrænsningsanordningen åbner.
   Bemærk: Hvis ventilatoren ikke består alle kriterier, som beskrevet under trin 3, "Test ventilatoren", skal ventilatoren udskiftes straks.
4. BEGRÆNSNINGSANORDNING TIL INDÅNDINGSTRYK. Ventilatoren til spædbørn og børn kan have en patientventil med en trykbegrænsningsanordning (udfrakkelig). Hvis posen er voksne og små voksne er muligvis også udstyret med dem. Hvis en indånding møder modstand i luftvejene, sker der en trykafhjælpning, hvorved trykket begrænses til ca. 40 cm H_2O, hvilket reducerer risikoen for udspiling af maven eller lungebristning. Der kan høres en hvislende lyd, mens anordningen åbner sig. Patientventilen har en indbygget port til trykovervågning, som behandles ved genopfyldning af spædbarn og små børn. Fjern hætten og tilkobl overvågningsudstyr om nødvendigt. Sæt hætten på igen, når den ikke er i brug.
   Bemærk: Når der er behov for højere indåndingstryk, kan trykbegrænsningsanordningen lukkes ved at tilkoble låsklemmen. Anvendelsen af et manometer til luftvejstrykket anbefales ved operation indgreb uden trykafhjælpning.
5. Ved ventilering med pårørevet høje oxygenkoncentrationer kobles oxygenslangen til oxygenkilden, som f.eks. en flowmåler eller justerbar oxygenregulator.
6. Når der anvendes et posereservoir, skal oxygenflowet justeres efter behov, så posen holder sig fuldstændig eller delvis opspundet under brug, alt efter hvad der foretrækkes. Ved brug af et aerosolreservoir, anbefales et flow på 15 liter.
7. Ved brug af en maske, der er koblet til CPR/CPR-2-posen, skal du sørge for, at koblingen er stram og sikker.
8. Ved brug af en endotracheal slange eller en adapter til trakeostomislange, skal masken fjernes, og patientventiludgangen skal koble direkte til slangen. Den drejelige forbindelse giver en port med indvendig diameter på 15 mm til dette formål.
9. Patientventilen har en indbygget PEEP-adapterport. For at koble PEEP-ventilen til porten fjernes udåndingsdeflektoren, og PEEP-ventilen (sælges særskilt) føjes til ved at dreje den ind i porten. Sørg for, at PEEP-ventilen sidder korrekt for at sikre et stramt, sikkert fit. Ved justering af MERCURY MEDICAL® PEEP-ventilen skal der tilsluttes et manometer i henhold til respirationssystemet for patienten, og manometret skal aflæses under justeringen. Drej justeringshætten med uret for at øge PEEP, eller mod uret for at reducere PEEP. Justeringsområdet er 0 – 20 cm H_2O (spædbarn).

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK:

Biedt noodademhalingsondersteuning door middel van een gezichtsmasker of een slang die in de luchtwegen van de patiënt wordt ingebracht.

ACCESSORIES:

Mercury Medical: Manometer, PEEP-ventiel, OMNI-Link®, Gelaatsmaskers, Filter, Ontkoppelwig, PEEP-ventiel met filter, Flex-Link, LiteSaver®-Manometer, CO_2-Detektor

WAARSCHUWINGEN:

1. Onjuiste werking van dit apparaat kan gevaarlijk zijn.
2. Indien gebruikt met extra zuurstof, laat roken niet toe of gebruik de eenheid niet in de buurt van vonkende apparatuur, open vuur, olie of andere ontvlambare chemicaliën.
3. Mag niet worden gebruikt in een giftige of gevaarlijke omgeving.
4. Het MERCURY MEDICAL® PEEP-ventiel mag alleen worden gebruikt door ervaren personen die zich ervan bewust zijn dat Positive End Expiratory Pressure (PEEP) kan have en negatiev virkning på patientens kredsløb. Ved brug af PEEP skal patientens tilstand overvåges, og PEEP-trykket kontrolleres med et manometer.
5. Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

VOORZORGSMAATREGELEN:

1. De handmatige ventilator mag alleen door personeel dat is opgeleid in cardiopulmonale reanimatie.
2. Wacht nooit om met mond-op-masker reanimatie te beginnen als een handmatige reanimatiepomp niet onmiddellijk beschikbaar of effectief zou kunnen worden gebruikt (zie de handleiding van uw afdeling voor de goedgekeurde reanimatieprocedure voor patiënten).
3. Alle apparelli pour nourrissons et enfants sont équipées d'un dispositif d'augmentation de pression s'ouvrant à une différence de pression d'env. 40 cm H_2O. Néanmoins, un apport brusque d'un volume important risque de provoquer le dépassement de l'appareil de ce seuil de pression.
4. Verifier le bon fonctionnement du réanimateur et dégager la voie aérienne du patient en surveillant les points suivants :
   - Que le patient est correctement ventilé, comme indiquent la montée et la descente de la poitrine. L'utilisation d'un manomètre de voie aérienne est recommandée.
   - La valve de la poche CPR/CPR-2 fonctionne correctement actionnée (voir étape #3, "Tester le réanimateur" sous "Mode d'emploi") avant toute utilisation.
   - Que le masque et la valve sont libres d'une obstruction. Pressez et secouez vivement la poche pour supprimer toute obstruction de la valve ou la rincer à l'eau.
5. Ne stérilisez pas le poche CPR/CPR-2. Ces produits ne sont destinés uniquement pour l'utilisation d'un patient unique et les différentes pièces ne sont pas conçues pour une réutilisation.
6. Cet appareil est équipé de composants en plastique qui, comme indiqué, présentent une teneur réduite de phtalate. En cas de traitement d'enfants ou femmes enceintes ou allaitantes, il faut procéder attentivement.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer le réanimateur du sac poly de protection extérieure. Étendre la poche CPR/CPR-2 jusqu'à ce qu'elle soit en position de marche. Étendre complètement les unités avec réservoir avant utilisation.
2. Vérifiez l'appareil pour assurer que le système est prêt à fonctionner.
3. Avant toute utilisation, **"TESTER LE RÉANIMATEUR":**
   a) Comprimer le réservoir d'une main, puis fermer la sortie de la valve du patient avec l'autre main. Libérer la poche. La ré-expansion rapide de la poche confirme la prise d'air efficace.
   b) Retirer la valve du patient, fermer l'ouverture et essayer de comprimer la poche. La valve d'admission empêche de façon efficace la sortie d'air en arrière si la poche ne peut pas être comprimée avec une force raisonnable ou si la compression de la poche force l'air à sortir entre la main et le col de la poche.
   c) Fixer la valve du patient à la poche. Placer un poumon d'essai sur le connecteur de la valve (côté patient). Tester le réanimateur en serrant et relâchant le sac de celui-ci avec une main aussi vite que possible pendant au moins 10 respirations. Comprimer entièrement la poche du réanimateur à chaque pression. Cela doit remplir le poumon d'essai et confirmer que la valve du patient dirige efficacement l'air d'inspiration vers celui-ci.
      Remarque : Si le réanimateur continue de gonfler à cause des expirations successives, la valve du patient est probablement défectueuse. Retirez-la et utilisez le réanimateur.
   d) Comprimer le poumon d'essai plein. De l'air doit s'échapper vers l'atmosphère et ne pas revenir vers la poche de ventilation.
   e) Lorsqu'il est utilisé avec un masque patient, tester le fonctionnement adéquat en fermant la sortie de la valve du patient et en comprimant la poche pour contrôler l'ouverture du dispositif limiteur de pression.
   Remarque : Si le réanimateur ne répond pas à l'ensemble des critères décrits à l'étape #3, "Tester le réanimateur," prenez immédiatement les mesures nécessaires et remplacez-en même temps le réanimateur.
4. DISPOSITIF DE LIMITATION DE PRESSION INSPIRATOIRE. Les réanimateurs pour nourrissons et petits enfants peuvent être équipés d'un clapet patient avec un dispositif de limitation de pression (Pop-off). Certains poches d'adultes et des petits adultes peuvent en être également équipés. Lorsque la respiration rencontre une résistance de poumon, il y a une activité de respiration limitant la pression à env. 40 cm H_2O et réduisant ainsi le risque d'une extension d'estomac ou d'une rupture de poumon. Des bruits sifflants sont émis lorsque l'appareil s'ouvre. Le clapet patient est équipé d'un port intégré pour le suivi de la pression, recommandé pour la réanimation de bébés et petits enfants, retirer le capuchon et fixer le dispositif de suivi. Remettez en place le capuchon lorsque l'appareil est pas utilisé.
   Remarque : En cas de besoin de pressions de soufflement plus élevées, on peut fermer le dispositif de limitation de pression en enclenchant le clip de verrouillage. Il est recommandé d'utiliser un manomètre de pression des voies aériennes lors de l'utilisation d'un réanimateur sans soupape de décharge.
5. Lors de la réanimation où une concentration élevée d'oxygène est nécessaire, vous devez raccorder le tuyau d'oxygène à une source d'oxygène, comme un débitmètre ou un régulateur d'oxygène réglable.
6. Lors de l'application d'un récipient de poche, le flux d'oxygène doit être adapté selon le besoin pour que la poche reste gonflée complètement ou partiellement, selon votre préférence. Lors de l'utilisation d'un réservoir à aérosol, on recommande un flux de volume de 15 litres.
7. Veillez bien à l'utilisation d'un masque fixé sur la poche de réanimation CPR/CPR-2 qu'il soit fixé solidement et de manière sûre.
8. Lors de l'utilisation d'un tube endotrachéal ou d'un adaptateur de tube de trachéotomie, il faut enlever le masque et la sortie de valve de patient doit être fixée directement avec le tube. La prise de raccord tournante dispose à cet effet d'un raccord de 15mm intérieur.
9. En font partie des caractéristiques de la valve du patient un raccord d'adaptateur PEEP intégré. Pour fixer la valve PEEP sur le raccord, retirez le déflecteur d'expiration et ajoutez la valve PEEP (à un petit bout pour un raisemblant les différences). Veillez à ce que la valve PEEP soit correctement fixée dans le raccord pour un bon ajustement sûr et sûre. Lors du réglage de la valve PEEP du MERCURY MEDICAL®, un manomètre doit être relié en concordance au système respiratoire du patient, et pendant le réglage, le manomètre doit être consulté. Tournez le bouchon du capteur du sens des aiguilles d'une montre pour réduire la valeur PEEP. La plage de réglage est en général entre 0 - 20 cm H_2O (nourr.).

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Verwijder de reanimator uit de buitenste beschermende polyzak. Breid de CPR/CPR-2-zak uit naar de bedieningspositie. Bij units met uitbreidbare reservoirs, deze voor gebruik volledig uitbreiden.
2. Controleer het apparaat om er zeker van te zijn dat het systeem compleet is.
3. Voorafgaand aan het gebruik, de **TEST DE REANIMATOR:**
   a) Comprimeer de reservoirmaatzak met de ene hand en sluit vervolgens de uitlaat van het patiëntventiel af met de andere hand. Laat de greep op de zak los. Een snelle heruitzetting van de zak bevestigt een efficiënte luchtinlaat.
   b) Verwijder het patiëntventiel, sluit de hulpopening en probeer de zak samen te drukken. Als de zak niet met redelijke kracht kan worden samengedrukt, of als de zak wordt samengedrukt en de lucht naar buiten wordt geperst tussen uw hand en de zak wordt geperst, voorkomt de inlaatklep op efficiënte wijze de ontsnapping van lucht naar achteren kan ontsnappen.
   c) Bevestig het patiëntventiel aan de zak. Plaats een testlong over de kleponnector (patiëntzijde). Test de reanimator door de reanimatiezak met één hand zo snel mogelijk samen te knijpen en los te laten gedurende ten minste 10 ademhalingen. Druk de reanimatiezak volledig samen met elke knijpbeweging. Dit moet de testlong vullen en bevestigen dat het patiëntventiel efficiënt inspiratielucht naar de patiënt stuurt.
      Opmerking: Als de reanimator door het opstapelen van de ademhaling blijft opblazen, vermoedt u een defecte patiëntklep en verwijdert u de reanimator uit de dienst.
   d) Druk de gevulde testlong samen. De lucht moet via de deflector naar de atmosfeer worden afgevoerd en niet terug naar de ventilatiezak.
   e) Wanneer u een eenheid met een drukbegrenzingsapparaat gebruikt, moet u testen of deze goed functioneert door de uitlaat van het patiëntventiel af te sluiten en de zak te comprimeren om de opening van het drukbegrenzingsapparaat te controleren.
   Opmerking: Als de reanimator niet voldoet aan alle criteria zoals beschreven onder stap #3, "Test de reanimator", neem dan onmiddellijk actie door de reanimator te vervangen.
4. INSPIRATIE DRUKBEGRENZINGSAPPARAAT. De reanimatoren voor zuigelingen en kinderen kunnen voorzien zijn van een patiëntventiel met een drukbegrenzingsapparaat (Pop-off). Als de inspirátie samenkomt met longweerstand, zal er een drukbegrenzingsapparaat bij 30 H_2O openen, waardoor het risico van maagdistentie of longruptuur wordt verminderd. Bij het openen van het apparaat wordt een sissend geluid. Het patiëntventiel biedt een ingebouwde poort voor drukbewaking. Voor de bewaking van de druk in baby's en kinderen, verwijder de dop en bevestig uw bewakingsapparaat. Doe de dop erop wanneer deze niet gebruikt.
   Opmerking: Wanneer een hogere inspuitdruk nodig is, kan de drukbegrenzer worden gesloten door de vergrendeling in te schakelen. Het gebruik van een luchtwegdrukmeter wordt aanbevolen bij gebruik zonder drukontlasting.
5. Als u de zuurstoftoevoer op plaatsen waar hoge zuurstofconcentraties nodig zijn, bijvoorbeeld bij de zuurstoftoevoer aan de luchthaven, zoals een debietmeter of een regelbare zuurstofregelaar.
6. Når der anvendes et posereservoir, skal oxygenflowet justeres efter behov, så posen holder sig fuldstændig eller delvis opspundet under brug, alt efter hvad der foretrækkes. Ved brug af en aerosolreservoir, anbefales et flow på 15 liter.
7. Ved brug af en maske, der er koblet til CPR/CPR-2-posen, skal du sørge for, at koblingen er stram og sikker.
8. Ved brug af en endotracheal slange eller en adapter til trakeostomislange, skal masken fjernes, og patientventiludgangen skal koble direkte til slangen. Den drejelige forbindelse giver en port med indvendig diameter på 15 mm til dette formål.
9. Patientventilen har en indbygget PEEP-adapterport. For at koble PEEP-ventilen til porten fjernes udåndingsdeflektoren, og PEEP-ventilen (sælges særskilt) føjes til ved at dreje den ind i porten. Sørg for, at PEEP-ventilen sidder korrekt for at sikre et stramt, sikkert fit. Ved justering af MERCURY MEDICAL® PEEP-ventilen skal der tilsluttes et manometer i henhold til respirationssystemet for patienten, og manometret skal aflæses under justeringen. Drej justeringshætten med uret for at øge PEEP, eller mod uret for at reducere PEEP. Justeringsområdet er 0 – 20 cm H_2O (spædbarn).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Appareil respiratoire d'urgence avec un masque facial ou un tube inséré dans les voies respiratoires du patient.

ACCESSOIRES :

Mercury Medical : manomètre, valve PEEP, OMNI-Link®, masques faciaux, filtre, pince de débranchement, valve PEEP avec filtre, Flex-Link, manomètre LiteSaver®, détecteur CO_2

AVERTISSEMENTS :

1. Une manipulation non conforme de cet appareil peut être dangereuse.
2. Si vous utilisez l'appareil avec de l'oxygène supplémentaire, ne fumez pas à proximité de dispositifs d'allumage, flammes ouvertes, huiles ou autres produits chimiques inflammables, et interdisez de fumer à proximité
3. Ne pas utiliser dans des atmosphères toxiques ou dangereuses.
4. La valve PEEP MERCURY MEDICAL® ne doit être utilisé que par du personnel professionnel formé qui savent que la pression positive de fin d'expiration (PEEP) peut influence négative sur le processus de circulation sanguine du patient. Lors de l'application de PEEP, il faut vérifier l'état de santé du patient et déterminer avec un manomètre la pression d'air exhalée.
5. Tout incident grave apparu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

PRECAUTIONS :

1. Le réanimateur ne doit être utilisé que par du personnel formé en réanimation cardio-pulmonaire.
2. Ne jamais attendre pour commencer la réanimation bouche à masque si un réanimateur manuel n'est pas immédiatement disponible ou ne peut pas être utilisé efficacement (voir le manuel spécifique pour les procédures de réanimation du patient).
3. Les appareils pour nourrissons et enfants sont équipées d'un dispositif d'augmentation de pression s'ouvrant à une différence de pression d'env. 40 cm H_2O. Néanmoins, un apport brusque d'un volume important risque de provoquer le dépassement de l'appareil de ce seuil de pression.
4. Vérifier le bon fonctionnement du réanimateur et dégager la voie aérienne du patient en surveillant les points suivants :
   - Que le patient est correctement ventilé, comme indiquent la montée et la descente de la poitrine. L'utilisation d'un manomètre de voie aérienne est recommandée.
   - La valve de la poche CPR/CPR-2 fonctionne correctement actionnée (voir étape #3, "Tester le réanimateur" sous "Mode d'emploi") avant toute utilisation.
   - Que le masque et la valve sont libres d'une obstruction. Pressez et secouez vivement la poche pour supprimer toute obstruction de la valve ou la rincer à l'eau.
5. Ne stérilisez pas le poche CPR/CPR-2. Ces produits ne sont destinés uniquement pour l'utilisation d'un patient unique et les différentes pièces ne sont pas conçues pour une réutilisation.
6. Cet appareil est équipé de composants en plastique qui, comme indiqué, présentent une teneur réduite de phtalate. En cas de traitement d'enfants ou femmes enceintes ou allaitantes, il faut procéder attentivement.

MODE D'EMPLOI :

1. Retirer le réanimateur du sac poly de protection extérieure. Étendre la poche CPR/CPR-2 jusqu'à ce qu'elle soit en position de marche. Étendre complètement les unités avec réservoir avant utilisation.
2. Vérifiez l'appareil pour assurer que le système est prêt à fonctionner.
3. Avant toute utilisation, **"TESTER LE RÉANIMATEUR":**
   a) Comprimer le réservoir d'une main, puis fermer la sortie de la valve du patient avec l'autre main. Libérer la poche. La ré-expansion rapide de la poche confirme la prise d'air efficace.
   b) Retirer la valve du patient, fermer l'ouverture et essayer de comprimer la poche. La valve d'admission empêche de façon efficace la sortie d'air en arrière si la poche ne peut pas être comprimée avec une force raisonnable ou si la compression de la poche force l'air à sortir entre la main et le col de la poche.
   c) Fixer la valve du patient à la poche. Placer un poumon d'essai sur le connecteur de la valve (côté patient). Tester le réanimateur en serrant et relâchant le sac de celui-ci avec une main aussi vite que possible pendant au moins 10 respirations. Comprimer entièrement la poche du réanimateur à chaque pression. Cela doit remplir le poumon d'essai et confirmer que la valve du patient dirige efficacement l'air d'inspiration vers celui-ci.
      Remarque : Si le réanimateur continue de gonfler à cause des expirations successives, la valve du patient est probablement défectueuse. Retirez-la et utilisez le réanimateur.
   d) Comprimer le poumon d'essai plein. De l'air doit s'échapper vers l'atmosphère et ne pas revenir vers la poche de ventilation.
   e) Lorsqu'il est utilisé avec un masque patient, tester le fonctionnement adéquat en fermant la sortie de la valve du patient et en comprimant la poche pour contrôler l'ouverture du dispositif limiteur de pression.
   Remarque : Si le réanimateur ne répond pas à l'ensemble des critères décrits à l'étape #3, "Tester le réanimateur," prenez immédiatement les mesures nécessaires et remplacez-en même temps le réanimateur.
4. DISPOSITIF DE LIMITATION DE PRESSION INSPIRATOIRE. Les réanimateurs pour nourrissons et petits enfants peuvent être équipés d'un clapet patient avec un dispositif de limitation de pression (Pop-off). Certains poches d'adultes et des petits adultes peuvent en être également équipés. Lorsque la respiration rencontre une résistance de poumon, il y a une activité de respiration limitant la pression à env. 40 cm H_2O et réduisant ainsi le risque d'une extension d'estomac ou d'une rupture de poumon. Des bruits sifflants sont émis lorsque l'appareil s'ouvre. Le clapet patient est équipé d'un port intégré pour le suivi de la pression, recommandé pour la réanimation de bébés et petits enfants, retirer le capuchon et fixer le dispositif de suivi. Remettez en place le capuchon lorsque l'appareil est pas utilisé.
   Remarque : En cas de besoin de pressions de soufflement plus élevées, on peut fermer le dispositif de limitation de pression en enclenchant le clip de verrouillage. Il est recommandé d'utiliser un manomètre de pression des voies aériennes lors de l'utilisation d'un réanimateur sans soupape de décharge.
5. Lors de la réanimation où une concentration élevée d'oxygène est nécessaire, vous devez raccorder le tuyau d'oxygène à une source d'oxygène, comme un débitmètre ou un régulateur d'oxygène réglable.
6. Lors de l'application d'un récipient de poche, le flux d'oxygène doit être adapté selon le besoin pour que la poche reste gonflée complètement ou partiellement, selon votre préférence. Lors de l'utilisation d'un réservoir à aérosol, on recommande un flux de volume de 15 litres.
7. Veillez bien à l'utilisation d'un masque fixé sur la poche de réanimation CPR/CPR-2 qu'il soit fixé solidement et de manière sûre.
8. Lors de l'utilisation d'un tube endotrachéal ou d'un adaptateur de tube de trachéotomie, il faut enlever le masque et la sortie de valve de patient doit être fixée directement avec le tube. La prise de raccord tournante dispose à cet effet d'un raccord de 15mm intérieur.
9. En font partie des caractéristiques de la valve du patient un raccord d'adaptateur PEEP intégré. Pour fixer la valve PEEP sur le raccord, retirez le déflecteur d'expiration et ajoutez la valve PEEP (à un petit bout pour un raisemblant les différences). Veillez à ce que la valve PEEP soit correctement fixée dans le raccord pour un bon ajustement sûr et sûre. Lors du réglage de la valve PEEP du MERCURY MEDICAL®, un manomètre doit être relié en concordance au système respiratoire du patient, et pendant le réglage, le manomètre doit être consulté. Tournez le bouchon du capteur du sens des aiguilles d'une montre pour réduire la valeur PEEP. La plage de réglage est en général entre 0 - 20 cm H_2O (nourr.).

ANWENDUNGSHINWEISE:

1. Die Anwendung des Beatmungsgeräts sollte nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das in der kardiopulmonalen Wiederbelebung geschult wurde.
2. Auf keinen Fall mit der Mund-zu-Maske-Wiederbelebung abwarten, wenn kein manuelles Beatmungsgerät sofort verfügbar ist oder nicht effektiv eingesetzt werden kann (siehe Bedienungsanleitung für das genehmigte Verfahren zur Wiederbelebung von Patienten).
3. Säuglings- und Kinderzimmer sind mit einem druckgenerzer die bij overgeven 40 cm H_2O opent. Echter, een abrupte, hoog-volume-inspirerende levering kan ertoe leiden dat het apparaat dit niveau overschrijdt.
4. Controleer die juiste werking van de reanimator en controleer de luchtwegen van de patiënt door te controleren op de volgende punten:
   - Dat de patiënt wordt geventileerd, zoals aangegeven door het stijgen en dalen van de borstkas. Het gebruik van een luchtwegmanometer wordt aanbevolen.
   - De juiste werking van de CPR/CPR-2-ballon (zie stap #3, "Test de reanimator" voordat u de reanimatiepomp gebruikt onder "Gebruiksaanwijzing").
   - Dat het masker en de klep vrij zijn van obstructie. Om verstoppingen van de klep op te ruimen, knijp en schud de zak stevig uit of spoel af met water.
5. Sterilisatie van de CPR/CPR-2-zak niet. Deze producten zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik en onderdelen zijn niet bedoeld voor hergebruik.
6. Dit apparaat is met PVC-componenten die lage niveaus van een ftalaat bevatten, zoals aangegeven. Bij de behandeling van kinderen of zwangere of zogende vrouwen moet hiermee rekening worden gehouden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

1. Verwijder de reanimator uit de buitenste beschermende polyzak. Breid de CPR/CPR-2-zak uit naar de bedieningspositie. Bij units met uitbreidbare reservoirs, deze voor gebruik volledig uitbreiden.
2. Controleer het apparaat om er zeker van te zijn dat het systeem compleet is.
3. Voorafgaand aan het gebruik, de **TEST DE REANIMATOR:**
   a) Comprimeer de reservoirmaatzak met de ene hand en sluit vervolgens de

CPR pose (mørk blå) og CPR-2 pose (lys blå)
Manuell ventilator til engangsbruk
(no)

Bruksanvisning

(Voksen, liten voksen, barn og spedbarn)

Merknad: Skal bare brukes av personell som er opplært i hjerte-lungeredning.

INDIKASJONER FOR BRUK:
Gir akutt respirasjons-støtte ved hjelp av en maske eller et rør inn i pasientens luftvei.

TILBEHØR:
Mercury Medical: Manometer, PEEP-ventil, OMNI-Link®, ansiktsmasker, Filter, Frakoblingskjede, PEEP-Ventil med filter, Flex-Link, LifeSaver® Manometer, CO_2 detektor

ADVARSLER:
1. Feil bruk av dette utstyret kan være farlig.
2. Hvis det brukes ekstra oksygen, ikke tillat røyking eller bruk enheten i nærheten av utstyr, som kan gi gnister, åpen flamme, olje, eller andre brennbare stoffer.
3. Bør ikke brukes i gifter eller farlige atmosfærer.
4. MERCURY MEDICAL® PEEP-ventilen bør bare brukes av erfarne personer som kjenner til at positivt endeekspiratorisk trykk (PEEP) kan ha en negativ effekt på pasientens sirkulasjon. Ved bruk av PEEP, må pasientens tilstand overvåkes og PEEP tryk vurderes nøye av medisinsk personell.
5. Enhver alvorlig hendelse forbundet med enheten skal rapporteres til fabrikanten og kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten holder til.

FORHOLDSREGLER:
1. Ventilatoren bør bare brukes av personell som er opplært i hjerte-lungeredning.
2. Vent aldri med å begynne munn-til-maske gjenoppliving dersom en manuell ventilator ikke er umiddelbart tilgjengelig eller kan ikke brukes effektivt (se din avdelings håndbok for akseptert prosedyre for gjenoppliving av pasient).
3. Spesifisert og barn-enheter er utstyrt med en trykkbegrensningsanordning som åpner ved ca. 40 cm H_2O. Men, en brå ventilasjons med høyt volum kan få enheten til å overskride dette nivået.
4. Bekrefte riktig funksjon ved ventilatorens og rens pasientens luftveier ved å overvåke for følgende:
   a) At pasienten er ventilert, som indikert ved stigning og nedstigning av brystet. Bruk av et luftveistrykk-manometer er anbefalt.
   b) Rett funksjon av CPR/CPR-2 pose ventil (se trinn # 3, "Test ventilator" før bruk i henhold til "Bruksanvisning").
   c) At maske og ventil er fritt for hindringer. For å fjerne hindringer i ventilen, klem og rist posen kraftig, eller skyll med vann.
5. Ikke sterilisier CPR/CPR-2 posen. Disse produktene er beregnet for engangsbruk på en pasient, og delene er ikke designet for gjenbruk.
6. Denne enheten er satt sammen av PVC-komponenter som inneholder lave nivåer av et flatet lave nivåer, som angitt. Dette ber tas hensyn til ved behandling av barn, gravide eller ammende kvinner.

BRUKSANVISNING:
1. Fjern ventilatoren fra den beskyttende ytre posen. Utvid CPR/CPR-2 posen til driftsposisjon. For enheter som er utstyrt med overtrykk reservoarer, utvid disse fullstendig før bruk.
2. Inspiser enheten for å være sikker på at systemet er komplett.
3. Før bruk, "**TEST VENTILATOREN!**"
   a) Komprimer ventilen posen med én hånd, deretter okklluderes utløpet på pasientventilen med den andre hånden. Slipp takel i posen. Rask utvidelse av posen bekrefter effektivt luftveis.
   b) Fjern pasientventilen, steng for halsåpningen og prøv å komprimere sekken. Dersom det kan kun komprimeres med mmelig kraft, eller hvis kompresjon av posen presser luften ut mellom hånden og halsen på posen, hinder inntaksventilen på en effektiv måte at luft unnslipper bokser.
   c) Kopla pasient ventilen til posen. Plasser en ned lunge over ventilen koblingen (pasient-side). Test ventilatoren ved å klemme til og slippe opp grepet på ventilator posen med en hånd så raskt som mulig i minst 10 åndedrag. Komprimer ventilatorposen fullstendig med hver sammentrykking. Dette bør fylle testlungen og bekrefter at pasientventilen effektivt leder inndrningsluft til pasienten.
   Merk: Hvis en ventilatorpose fortsetter å fylle på grunn av stahling av respirasjon, anta at det er en feil med pasientventilen og gå tilbake til trinn a av bruk.
   d) Klem sammen den fylte testlungen. Luft skal ventilere til atmosfæren gjennom deflektoren og ikke gå tilbake til ventilatorposen.
   e) Når du bruker enheten med en trykkbegrensningsanordning test for riktig funksjon ved okkludere utløpet av pasientventilen og komprimere bagen for å verifisere åpning av trykkbegrensningsventil.
   Merk: Hvis en ventilatorpose ikke passerer alle kriterier som beskrevet under trinn #3, " Test Ventilatoren ", bytt ventilatoren ut ventilasjonen med en ny.
4. TRYKKBEGRENSER FOR INNÅNDINGSLUFT. Ventilatorer for spedbarn og barn med trykkbegrenser (Pop-off) Noen poser for voksne og små voksne har en åpning for å gå inn. Hvis inspirasjon møter motstand i luftveiene, vil ventilering inntrefle, slik at trykket begrenses til omkring 40 cm H_2O, og risikoen for utvidelse av magen eller lungeskade reduseres. En hvesende lyd kan høres som trykkavlastningen åpner. Pasientventilen har en innebygget port for trykkovervåking, som anbefales ved ventilering av nyfødte og små barn, fjerne hetten og koble overvåkningsenheten, sett tilbake hetten når den ikke brukes.
   Merk: Når høyere innåndingstrykk er nødvendig, kan trykkbegrensningsinnretningen stenges med låseknpen. Bruk av et luftveistrykksm manometer anbefales når du ikke bruker sikkerhetsventilen.
5. Dersom ventilasjon med høye konsentrasjoner av oksygen er nødvendig, festes oksygenslangen til en oksygenkilde, slik som en strømregulator eller justerbar oksygen-regulator.
6. Når et pose reservoar er i bruk, justeres oksygenstrømmen som nødvendig, slik at posen holdes helt eller delvis oppblåst under bruk, avhengig av hvor forstrekkes. Når et aerosol reservoar brukes, anbefales en strømning på 15 liter.
7. Når du bruker en maske festet til CPR/CPR-2 posen, påse at du har en stram og sikker passform.
8. Ved bruk av et endotrakealt rør eller et tracheotomi adapter, fjern maske og koble utløpet på pasientventilen direkte til røret. Svingedelforbindelsen har en 15 mm I.D.-port for dette formålet.
9. Pasientventilen har en innebygget PEEP-ventil. For å testa PEEP-ventilen til porten, ta av utpust deflektoren og sett på PEEP-ventilen med en liten vri mens du skyver samman delene for å sikre en tett og sikker kobling. Ved justering av MERCURY MEDICAL® PEEP-ventilen, koble et manometer i linje med pasientens respirasjonsnivå og avles manometeret under justeringen. Drei justerings-kjeket med klokken for å øke PEEP eller mot klokken for å redusere PEEP. Justeringsområdet er 0 – 20 cm H_2O (mbar).

SPESIFIKASJONER OG YTELSE*:

	Voksen		Liten voksen	
	CPR	CPR-2	CPR	CPR-2
Pasientvekt anbefaling - AHA	> 30 kg		30 kg - 120 kg	
Pasientvekt anbefaling - ISO	> 20 kg		10 - 20 kg	
Maksimalt sammentrykkbyes volum (ml)	700 ml hånd/1050 to hender		450 ml hånd/725 to hender	
Pose volum	1685 ml		1000 ml	
Reservoar pose volum	2700 ml		2700 ml	
Innåndingsmotstand	< 4 cm H_2O			
Utåndingsmotstand	< 2 cm H_2O			

	Voksen				Liten voksen			
	LPM	Frekvens/ BPM	Tidevo-lum	Tidevo-lum	LPM	Frekvens/ BPM	Tidevo-lum	Tidevo-lum
Oksygenkonsen-trasjonen m/ Reservoar pose	3	12	600	62%	3	12	600	62%
	4				4			
	5	12	600	96%	5	12	600	96%
	10	12	600	100%	10	12	600	100%
	12				12			
	15	12	600	100%	12	12	300	100%
Oksygenkonsen-trasjonen u/ Reservoar pose	3	12	600	40%	3	12	600	40%
	4				4			
	5	12	600	50%	5	12	600	50%
	10	12	600	70% 55%	10	12	600	70% 55%
	12				12	12	300	72%
Oksygenkonsentra-sjonen m/ Aerosol (22 fleksibel bølgeslange) reservoar	3	12	600	58%	3	12	600	58%
	4				4			
	5	12	600	85%	5	12	600	85%
	10	12	600	98%	10	12	600	98%
	12				12	12	300	99%
Oksygenkonsentra-sjonen m/ ukvid-bart (stor diameter) reservoar	10	12	600	92% 91%	10	12	600	92% 91%
	12	12	600	96%	12	12	600	96%
	14	12	600	97%	14	12	600	97%
	15	12	600	99%	15	12	600	99%
Lengde/Diameter (cm) uten reservoar	Eksterne dimensjoner		35/13,6	31/11,8	Eksterne dimensjoner		35/13,6	31/11,8
Ventilatorens vekt (kun pose og pasientventil)			278g	343g 218g 268g				

	Barn		Spedbarn	
	CPR	CPR-2	CPR	CPR-2
Pasientvekt anbefaling - AHA	7- 30 Kg		< 7 Kg	
Pasientvekt anbefaling - ISO	5 - 30 Kg		< 5 Kg	
Maksimalt sammentrykkbyes volum (ml)	250 m hånd		90 m hånd	
Pose volum	500 ml		315 ml, 240 ml	
Reservoar pose volum	2700 ml		740ml	
Innåndingsmotstand	< 4 cm H_2O		< 1 cm H_2O	
Utåndingsmotstand	< 2 cm H_2O		< 1 cm H_2O	

	Barn				Spedbarn			
	LPM	Frekvens/ BPM	Tidevo-lum	Tidevo-lum	LPM	Frekvens/ BPM	Tidevo-lum	Tidevo-lum
Oksygenkonsen-trasjonen m/ Reservoar pose	3				3			
	4				4			
	5				5			
	10	20	250	100%	10	20	250	100%
	12				12			
	15				15			
Oksygenkonsen-trasjonen u/ Reservoar pose	3				3			
	4				4			
	5				5			
	10	20	250	85% 60%	10	20	250	85% 76%
	12				12			
	15				15			
Oksygenkonsentra-sjonen m/ Aerosol (22 fleksibel bølgeslange) reservoar	3				3			
	4				4			
	5				5			
	10	20	250	98% 97.0%	10	20	250	98% 97%
	12				12			
	15				15			
Oksygenkonsentra-sjonen m/ ukvid-bart (stor diameter) reservoar	3				3			
	4				4			
	5				5			
	10				10			
	12				12			
	15				15			
Lengde/Diameter (cm) uten reservoar	Eksterne dimensjoner		27,5/9,3	27/7,3	Eksterne dimensjoner			
Ventilatorens vekt (kun pose og pasientventil)			174g 215g	152g 165g				

ISO pasient tilkoblings port	15 mm hun/22 mm hun
Utåndings port	30mm hun
Oksygen slange konnektor	Passer 0500.02 eller 1/4" (ca. 6 mm) standard slangetilkobling
Trykkbegrensing	Omtrent 40 +5/-10 cm H_2O (hjelperne funksjon (hvis montert)
Temperaturområde ved oppbevaring	-40 °C til + 65 °C, 40 % til 95 % relativ fuktighet
Temperaturområde ved drift	-18 °C til + 50 °C, 15 % til 95 % relativ fuktighet (CPR-2) / 10 °C til + 50 °C, 15 % til 95 % relativ fuktighet (CPR-2)
Maksimalt nivå av støy	< 75 cm H_2O 5 cm H_2O (mbar)
Deflektor	Omtrent 72 cm
Bakterie/Tromcoon bakterie filter	Integrert filter

Port for tilkobling ISO Ø Pasientens	15mm Fåreaxj/22mm Macho
Porta da Expiração	30mm Macha
Conector de Tubo de Oxigénio	Encaixa no adaptador de mangueira padrão DISS 02 ou 1/4" (aprox. 6mm)
Temperatura de Armazenamento	Aproximadamente -40 °C a +65 °C, 40 % a 95 % de humidade relativa
Intervalo de Temperatura de Funcionamento	-18 °C a + 50 °C, 15 % a 95 % de humidade relativa
Intervalo de Temperatura de Funcionamento	-18° C a + 50° C, 15% a 95% de humidade relativa (CPR-2) / 50° C a + 50° C, 15% a 95% de humidade relativa (RCP-2)
Pressão de Funcionamento	< 15 cmH$_2$O 1,5 cmH$_2$O (< 15 cmH2O e 1,5 cmH2O (se equipado)
Espaço Morto	Aproximadamente 2 d.mL
Fuga para fora para a frente	Negligenciável

MR CONDISJONAL:
Statisk magnetfelt på 3,0 Tesla.
Romlig gradient av 3000 gauss / cm eller mindre

Ytelsen verdier gitt er oppnådelig under testforhold forhold, men kan variere under bruk. Informasjon om testmetoder er tilgjengelig fra MERCURY MEDICAL®.

® Registrert USA Varemerke som Sharner Mercury Enterprises, Inc.

Ekstra kopier av "CPR/CPR-2 pose, bruksanvisning" er tilgjengelig på forespørsel. Kontakt Marketing Department på 800-237-6418

Produsert i Malaysia 5/2020 #83-900-0301 Rev. 6

Saco RCP (azul escuro) e Saco RCP-2 (azul claro)
Ressuscitador Manual Descartável
(pt)

Instruções de Utilização

(Adulto, Adulto pequeno, Criança, Recém-nascido)

Informação: Deve ser usado apenas por pessoal com formação em reanimação cardiopulmonar.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
Fornece apoio respiratório de emergência através de uma máscara facial ou de um tubo inserido nas vias respiratórias do paciente.

ACESSÓRIOS:
Mercury Medical: Manómetro, Válvula PEEP, OMNI-Link®, Máscaras Faciais, Filtro, Cunha de Desconexão, Válvula PEEP com Filtro, Flex-Link, Manómetro LifeSaver®, Detetor de CO_2

ADVERTÊNCIAS:
1. O funcionamento incorrecto deste dispositivo pode ser perigoso.
2. Se utilizado com oxigénio suplementar, não o permitido fumar ou utilizar a unidade perto de equipamento de ignição, chama aberta, óleo ou outros produtos químicos inflamáveis.
3. Não deve ser utilizado em atmosferas tóxicas ou perigosas.
4. A Válvula PEEP MERCURY MEDICAL® deve ser utilizada apenas por pessoas experientes que estejam cientes de que a Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP - Positive End-Expiratory Pressure) pode ter um efeito adverso na circulação do paciente. Ao utilizar a PEEP, o estado do paciente deve ser monitorizado e a pressão PEEP verificada com um manómetro. PEEP tónus ventilatórios graves que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.

PRECAUÇÕES:
1. O ressuscitador deve ser usado apenas por pessoal com formação em reanimação cardiopulmonar.
2. Nunca espere para começar a ressuscitação boca-máscara se um ressuscitador manual não estiver imediatamente disponível ou não puder ser utilizado eficazmente (consulte o manual ou seu departamento para procedimentos aceites de ressuscitação do paciente).
   As unidades para Recém-nascidos e Crianças encontram-se equipadas com um dispositivo de limitação de pressão que se abre a, aproximadamente, 40 cm H_2O. No entanto, uma ventilação inspiratória súbita e de grande volume pode fazer com que a unidade ultrapasse esse nível.
3. Verificar o funcionamento correcto do reanimador e a desobstrução das vias respiratórias do paciente, monitorizando o seguinte:
   - Que o paciente está a ser ventilado, como indicado pela subida e descida do peito. Recomenda-se a utilização de um manómetro de pressão nas vias aéreas.
   - Ação adequada da válvula do saco RCP/RCP-2 (consulte o passo n.º 3, "Testar o Ressuscitador" antes de utilizar em "Instruções de Utilização").
   - Que a máscara e a válvula não estão obstruídas. Para remover obstruções das válvulas, esprema e agite o saco vigorosamente com água ou ar.
5. Não esterilizar o Saco RCP/RCP-2. Estes produtos são concebidos apenas para utilização para um único doente e as peças não são concebidas para serem reutilizadas.
6. Este dispositivo é montado com componentes em PVC que incluem níveis reduzidos de DEHP, conforme indicado. Deve ser ponderada a possibilidade de tratar crianças ou mulheres grávidas ou em período de amamentação.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
1. Remova o ressuscitador da embalagem de proteção de polietileno externo. Expanda o Saco RCP/RCP-2 para a sua posição de funcionamento. Para as unidades equipadas com reservatórios expansíveis, expanda-os na íntegra antes da utilização.
2. Inspecione o dispositivo para se certificar de que o sistema está completo.
3. Antes de utilizar, "**TESTAR O RESSUSCITADOR**":
   a) Comprima o saco do ressuscitador com uma mão e, em seguida, feche a saída da válvula do paciente com a sua outra mão. Liberte o saco. A rápida reexpansão do saco confirma a eficiência da entrada de ar.
   b) Remova a válvula do paciente. Feche a abertura do ressuscitador com uma mão e prima o saco. Se o ar for possível comprimir o saco com uma força razoável, ou se a compressão do saco forçar a saída de ar entre as suas mão e o pescoço do saco, a válvula de admissão não está a impedir eficazmente a saída de ar para dentro.
   c) Ligue a válvula do paciente ao saco. Coloque um pulmão de ensaio sobre o conector da válvula (lado do paciente). Teste o ressuscitador apertando e soltando o saco do ressuscitador com uma mão o mais rápido possível durante, pelo menos, 10 respirações. Comprima totalmente o saco do ressuscitador com cada compressão. Isto deve encher o pulmão de ensaio e confirmar que a válvula do doente direciona eficazmente o ar de inspiração para o doente.
   Nota: Se o ressuscitador continuar a insuflar devido ao enchimento das respiratórias, suspeite de uma válvula do doente defeituosa e remova o ressuscitador de serviço.
   d) Comprima o pulmão de ensaio cheio. O ar deve ser expelido para a atmosfera através do defector e não voltar para o saco do ressuscitador.
   e) Ao utilizar uma unidade com um dispositivo limitador de pressão, testar o funcionamento correto, fechando a saída da válvula do doente e comprimindo o ressuscitador de serviço. Verifique a descarga do dispositivo limitador de pressão.
   Nota: Se o ressuscitador não passar todos os critérios descritos no Passo n.º 3, "Testar o Ressuscitador", tome medidas substituindo o ressuscitador.
4. DISPOSITIVO DE LIMITAÇÃO DA PRESSÃO DE INSPIRAÇÃO. Os ressuscitadores para recém-nascidos e crianças podem ter uma válvula do doente com um dispositivo limitador de pressão (Pop-off). Alguns sacos para adultos e adultos pequenos também poderão tê-lo. Se a inspiração encontrar resistência pulmonar, ocorrerá ventilação, limitando a pressão a cerca de 40 cm H_2O, reduzindo assim o risco de lesão pulmonar ou gástrica. Uma ventilação súbita de grande volume também pode ocorrer quando o dispositivo se abre. A válvula do paciente fornece uma porta integrada para monitorização da pressão, recomendada para ventilação de recém-nascidos e crianças pequenas. Para ligar a Válvula PEEP à Porta, retire o defletor de monitorização, volte a ligar a tampa quando não estiver a usar.
5. Se for necessário ventilar com concentrações de oxigénio mais elevadas, o dispositivo limitador de pressão pode ser fechado enroscando o fecho de segurança. É recomendada a utilização de um manómetro de pressão das vias aéreas ao trabalhar sem o alívio da pressão.
6. Se for necessária uma concentração de oxigénio mais elevada, as concentrações mais elevadas de oxigénio, ligue a tubagem de oxigénio à fonte de oxigénio, como um caudalímetro ou um regulador de oxigénio ajustável.
7. Quando estiver a ser utilizado um reservatório de saco, ajuste o fluxo de oxigénio conforme necessário para que o saco permaneça total ou parcialmente insuflado durante a utilização, consoante o que for preferível. Quando estiver a ser utilizado um reservatório de aerossol, recomendamos um fluxo de 15 litros.
8. Quando utilizar uma máscara ligada ao saco RCP/RCP-2, certifique-se de que tem um ajuste perfeito e seguro.
9. Quando utilizar um adaptador endotraqueal ou traqueotomia, retire a máscara e ligue a saída da válvula do paciente diretamente ao tubo. A ligação pivotante proporciona uma porta de 15mm de diâmetro interno para este fim.
10. A Válvula de Expiração com PEEP integrada é uma válvula PEEP integrada. Para ligar a Válvula PEEP à Porta, retire o defletor de exalação e adicione a Válvula PEEP com uma ligeira torção enquanto empurra as peças para garantir um ajuste apertado e seguro. Ao ajustar a Válvula PEEP MERCURY MEDICAL®, ligue um manómetro em linha com o sistema respiratório do paciente e leia o manómetro durante o ajuste. Rode o tampão de ajuste no sentido horário para aumentar a PEEP ou no sentido anti-horário para diminuir a PEEP. O intervalo de ajuste é de 0 - 20 cm H_2O (mbar).

ESPECIFICAÇÕES E DESEMPENHO*:

	Adulto		Adulto Pequeno	
	CPR	CPR-2	CPR	CPR-2
Recomendação sobre a Massa dos Pacientes - AHA	> 30 Kg		30 Kg - 120 Kg	
Recomendação sobre a Massa dos Pacientes - ISO	>20 Kg		10 - 20 Kg	
Volume Sistólico Máximo (ml)	700 uma mão/1050 duas mãos		450 uma mão/725 duas mãos	
Volume do Saco	1685 ml		1000 ml	
Volume do Saco do Reservatório	2700 ml		2700 ml	
Resistência à Inspiração	< 4 cm H_2O			
Resistência de Expiração	< 2 cm H_2O			

	Adulto				Adulto Pequeno			
	LPM	Taxa / BPM	Volume Corrente	Tidevo-lum	Taxa / BPM	Volume Corrente	Tidevo-lum	
Concentração de Oxigénio c/Saco do Reservatório	3	12	600	62%				
	4							
	5	12	600	96%				
	10	12	600	100%				
	12							
	15	12	600	100%				
Concentração de Oxigénio c/Saco do Reservatório	3	12	600	40%				
	4							
	5	12	600	50%				
	10	12	600	70%	55%			
	12							
	15	12	600	72%				
Concentração de Oxigénio c/Reservatório de Aerosol (tubagem canelada de 22)	3	12	600	58%				
	4							
	5	12	600	85%				
	10	12	600	98%				
	12							
	15	12	600	99%				
Concentração de Oxigénio c/ Reservatório Expansível (Orifício grande)	10	12	600	92%	91%			
	12	12	600	96%				
	14	12	600	97%				
	15	12	600	99%				
Lungimea/diametrul dimensiunilor externe (cm), fără reservă	Dimensões Externas			35/13,6				31/11,8
Comprimento/Diâmetro (cm) Sem Reservatório								
Massa do Ressuscitador (apenas saco e válvula do paciente)	278g		343g	218g				268g

	Criança				Recém-nascido	
	CPR	CPR-2			CPR	CPR-2
Recomendação sobre a Massa dos Pacientes - AHA	7 - 30 Kg				< 7 Kg	
Recomendação sobre a Massa dos Pacientes - ISO	5 - 30 Kg				< 5 Kg	
Volume Sistólico Máximo (mL)	250 uma mão				90 uma mão	
Volume do Saco	500 mL				315 mL 240 mL	
Volume do Saco do Reservatório	2700 mL				740mL	
Resistência de Inspiração	< 4 cmH$_2$O				< 1 cmH$_2$O	
Resistência à expiração	< 2 cmH$_2$O				< 1 cmH$_2$O	

	Criança				Recém-nascido			
	LPM	Taxa / BPM	Volume Corrente	Tidevo-lum	Taxa / BPM	Volume Corrente	Tidevo-lum	
Concentração de Oxigénio c/Saco do Reservatório	4				30	40		100%
	5							
	10	20	250	100%				
	12							
	15							
Concentração de Oxigénio c/Reservatório de Aerosol (tubagem canelada de 22)	4				30	40		85%
	5							
	10	20	250	85%				76%
	12							
	15							
Concentração de Oxigénio c/ Reservatório Expansível (Orifício grande)	4				30	40		96%
	5							
	10	20	250	98%	97.0%			
	12							
	15							
Lungimea/diametrul dimensiunilor externe (cm), fără reservă	Dimensões Externas			27,5/9,3				27/7,3
Comprimento/Diâmetro (cm) Sem Reservatório								
Massa do Ressuscitador (apenas saco e válvula do paciente)	174g		215g	152g				165g

Porta de conexão do paciente ISO	15 mm fêmea/22 mm macho
Porta de exalação	30 mm macho
Conector para tubo de oxigénio	Se adapta a conector DISS 02 e a conector de mangueira estándar de 1/4" (6 mm, aprox.)
Limitação de pressão	40 +5/-10 cmH$_2$O, aprox., um acessório de bloqueio (o está equipado)
Âmbito de temperatura de armazenamento	-40 °C a +65 °C, 40 % a 95 % de humidade relativa
Âmbito de temperatura de funcionamento	-18 °C a +50 °C, 15 % a 95 % de humidade relativa (HLR) / -10°C até + 50°C, 15% till 95% relativ fuktighet (HLR-2)
Pressão de funcionamento	< 15 cmH$_2$O 1,5 cmH$_2$O (< 15 cmH2O e 1,5 cmH2O (se equipado)
Espaço morto	2,0 mL aproximadamente
Fuga direcção/avante	insignificante

MR CONDICIONAL:
Campo magnético estático de 3,0 Tesla ou menor
Gradiente espacial de 3000 gauss/cm ou inferior

***Os valores de desempenho indicados são atingíveis em condições de ensaio, mas podem variar durante o uso efetivo.**
A Mercury Medical® disponibiliza informações sobre os métodos de ensaio.

® Mercury Enterprises, Inc. e uma Marca Registada nos E.U.A.

Estão disponíveis cópias adicionais das "Instruções de utilização do saco RCP/RCP-2", mediante pedido. Contacte o Departamento de Marketing em 800-237-6418

Fabricado na Malásia 5/2020 #83-900-0301 Rev. 6

Sac RCP (albastru închis) și Sac RCP-2 (albastru deschis)
Dispozitiv manual de unică folosință pentru resuscitare
(ro)

Instrucțiuni de utilizare

(Adult, adult de talie mică, copil, sugar)

Notificare: Trebuie să fie utilizat doar de personal calificat în formarea cardio-pulmonară.

INDICAȚII DE UTILIZARE:
Oferă asistență respiratorie de urgență prin intermediul unei măști faciale sau al unui tub introdus pe căile respiratorii ale pacientului.

ACCESORII:
Mercury Medical: Manometru, Supapă PEEP, OMNI-Link®, mască facială, filtru, pană de deconectare, valvă PEEP cu filtru, legătură flexibilă, manometru LifeSaver®, detector de CO_2

ATENȚIE:
1. Acționarea incorectă a acestui dispozitiv poate să fie periculoasă.
2. Dacă este folosit cu oxigen suplimentar, nu se va permite fumatul și nu se va folosi în apropierea echipamentelor care se pot aprinde, a flăcărilor deschise sau a focului lângă ființă flacără deschisă, lângă carburanți sau lângă alte substanțe chimice inflamabile. Nu trebuie să fie folosit în atmosferă toxică sau periculoasă.
3. Supapa PEEP MERCURY MEDICAL® trebuie să fie folosită doar de persoane cu experiență care sunt conștiente că presiunea expiratorie pozitivă finală (Positive End Expiratory Pressure, PEEP) poate avea un efect advers asupra sistemului circulator al pacientului. La folosirea PEEP, starea pacientului trebuie să fie supravegheată și presiunea PEEP trebuie să fie verificată cu un manometru.
4. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

PRECAUȚII:
1. Resuscitatorul de resuscitare trebuie să fie utilizat doar de personal calificat în resuscitarea cardio-pulmonară.
2. Nu așteptați niciodată să începeți resuscitarea gură-la-mască dacă un dispozitiv manual de resuscitare nu este disponibil imediat sau nu poate fi utilizat în mod eficient (a se consulta manualul departamentului pentru procedura acceptată de resuscitare a pacientului).
   Unitățile pentru Sugari sugar sunt echipate cu un dispozitiv de limitare a presiunii care se deschide la aproximativ 40 cm H_2O. Cu toate acestea, unitatea poate să depășească acest nivel în cazul unei administrări bruște de volum mare la inspirație.
3. Verificați funcționarea corectă a reanimatorului și curățirea căilor respiratorii ale pacientului, monitorizând următoarele aspecte:
   - Pacientul este ventilat, așa cum este indicat de ridicarea și coborârea pieptului. Este recomandată utilizarea unui manometru pentru presiunea căilor respiratorii.
   - Acționarea corectă a supapei sacului RCP/RCP-2 (se referă la pasul #3, „Verificați dispozitivul de resuscitare" care se realizează înainte utilizării descrise în secțiunea „Instrucțiuni de utilizare")
   - Masca și valva nu sunt blocate. Pentru a elimina blocajele, stoarceți și agitați energic sacul cu apă sau aer.
5. Nu sterilizați Sac RCP/RCP-2. Aceste produse sunt destinate utilizării pentru un singur pacient și nu pot fi reutilizate.
6. Acest dispozitiv este asamblat din componente din PVC care includ niveluri reduse de DEHP, conform indicațiilor. Ar trebui să fie utilizat cu atenție în cazul tratării copiilor sau femeilor gravide sau lăuzelor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1. Scoateți dispozitivul de resuscitare din punga exterioară de plastic. Umflați sacul RCP/RCP-2 până la poziția sa de funcționare. Pentru dispozitivele echipate cu rezervoare expansibile, expandați-le în întregime înainte de utilizare.
2. Inspectați dispozitivul pentru a vă asigura că sistemul este complet.
3. Înainte de utilizare, "**VERIFICAȚI DISPOZITIVUL DE RESUSCITARE!**":
   a) Comprimați sacul dispozitivului de resuscitare cu o mână, apoi astupați valva de evacuare pentru pacient cu cealaltă mână. Eliberați sacul. Expansiunea rapidă a sacului confirmă admisia eficientă a aerului.
   b) Îndepărtați valva pentru pacient. Închideți orificiul de la gât și încercați să comprimați sacul. Dacă sacul nu poate să fie comprimat cu o forță acceptabilă sau dacă compresia sacului forțează aerul în afară, printre mâna dumneavoastră și gâtul sacului, valva de admisie preferă eficient scăparea aerului.
   c) Conectați valva pentru pacient la sac. Așezați un plămân de test peste elementul conector al valvei (pe partea pacientului). Testați dispozitivul de resuscitare apăsând și eliberând sacul dispozitivului de resuscitare cât de repede puteți pentru cel puțin 10 respirații, în timpul unei perioade de timp de cel puțin un minut. Comprimați complet sacul dispozitivului de resuscitare la fiecare apăsare. Acest lucru ar trebui să umple plămânul de test și să confirme că valva pentru pacient direcționează eficient aerul inspirat către pacient.
   Notă: Dacă resuscitatorul continuă să se umple și să se umfle în timpul umplerii respiratorii, este posibil ca valva pentru pacient să fie defectă și dispozitivul de resuscitare va fi scos din uz.
   d) Comprimați plămânul de test umplut. Aerul trebuie să iasă în atmosferă prin deflector și să nu revină în sacul de ventilare.
   e) Atunci când folosiți o unitate cu dispozitiv de limitare a presiunii, funcționarea corespunzătoare se testează prin astupare valvei pentru pacient și acționarea valvei pentru pacient și prin comprimarea sacului pentru a verifica descărcarea dispozitivului de limitare a presiunii.
   Notă: Dacă dispozitivul de resuscitare nu îndeplinește toate criteriile descrise astfel la pasul #3, „Verificați dispozitivul de resuscitare", acționați imediat și înlocuiți dispozitivul de resuscitare.
4. DISPOZITIV DE LIMITARE A PRESIUNII DE INSPIRAȚIE. Dispozitivele de resuscitare pentru copii și sugar pot include o valvă pentru pacient dotată cu un dispozitiv de limitare a presiunii (de ridicare). De asemenea, unii saci pentru adulți și adulți de talie mică îl au. Dacă inspirația întâmpină rezistență pulmonară, aerul va fi evacuat limitând presiunea la aproximativ 40 cm H_2O reducând astfel riscul deteriorării stomacului sau ruperii pulmonare. Un flux bruște și mare de aer poate, de asemenea, să apară când dispozitivul se deschide. Valva pentru pacient oferă un port integrat pentru monitorizarea presiunii, recomandat pentru ventilarea nou-născuților și copiilor. Pentru a atașa Supapa PEEP la Port, scoateți deflectorul de monitorizare, umpleți cu apă și atașați capacul. Când folosiți supapa PEEP, asigurați-vă că aceasta este fixată strâns.
5. Dacă este necesară ventilarea cu concentrații mai mari de oxigen, dispozitivul de limitare a presiunii poate să fie închis prin acționarea clemei de blocare. Utilizarea unui manometru pentru presiunea căilor respiratorii este recomandată atunci când funcționează fără eliberarea presiunii.
6. Dacă resuscitarea se face în locuri în care este necesară o concentrație mare de oxigen, atașați tubulatura de oxigen la o sursă de oxigen, cum ar fi un debitmetru sau un regulator